

询价函

我公司因工作需要，特以询价的方式采购以下产品（见下表），请按以下要求回复报价文件。报价请在兵器工业集团公司采购电子商务平台的询价采购中填报总价，并将详细报价以附件的形式上传。报价前请认真阅读以下内容，本次询价如有表述不清之处请与我单位联系，联系人：许工，联系电话：18545865337。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称 (或等同名称)	型号规格	生产厂商	主要技术参数 及标准配置	数量/单位	备注
1	静力称量法密度计检定装置	/	/	见第三项	1套	

二、报价要求

1. 报价时须明确产品生产厂家、单价及总价、产品型号规格（必须和产品品牌相一致）和详细配置参数。
2. 报价包含货物制造、运输、装卸、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，否则请注明。应包含固体密度标准计量费用，其它计量器具检定费用不包含。
3. 报价中应明确提供发票的种类、税率、报价日期、报价有效期（不能少于30日）和供货周期。
4. 本次采购的支付方式为：预付30%发货，验收合格后付60%，10%验收合格后一年后支付。

5. 报价请标明联系人及联系方式。

三、技术要求

- 1、仪器名称：静力称量法密度计检定装置
- 2、测量范围：(650~2000) kg/cm³
- 3、检定装置包含计量器具技术指标如下：
 - (1) 固体密度标准：

测量范围为 (650~3000)kg/m³，相对扩展不确定度优于 (2~3)×10⁻⁵ (k=2)，应符合国家相关检定规程或校准规范的要求。如装置中固体密度标准与国家颁布

的技术规范中规定的固体密度标准不符，需更换为符合要求的固体密度标准。

(2) 数显温度计：(0~50)℃，最大允许误差为±0.01℃。

(3) 恒温水浴槽：在 2h 内 20℃液体中控温稳定性优于 0.02℃，温度均匀性优于 0.03℃。

(4) 电子天平：200g以上，分辨力0.1mg，符合1级。

(5) 温湿度计：(5~50)℃，最大允许误差为±0.5℃；(0~85)%RH，最大允许误差为±3%RH(20℃)。

(6) 大气压力计：最大允许误差为±0.30hPa。

(7) 其它指标：满足JJG 42-2023 工作玻璃浮计检定规程，JJG 86-2023 标准玻璃浮计检定规程。

四、验收标准

验收依据技术文件为 JJG 42-2023 工作玻璃浮计检定规程和 JJG 86-2023 标准玻璃浮计检定规程。

验收依据的溯源证书：固体密度标准溯源至中国计量科学研究院（由供应商负责送检）；数显温度计溯源至国防科技工业 2311 二级计量站；恒温水浴槽溯源至国防科技工业 2311 二级计量站；电子天平溯源至国防科技工业 2311 二级计量站；温湿度计溯源至国防科技工业 2311 二级计量站；大气压力计溯源至国防科技工业第一计量测试研究中心。

黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司

2024年9月14日

