

MPO 弯板检测设备改造要求

南京分公司有一台 MPO 弯板检测设备存在辐射安全隐患, 经评估, 需新增一套剂量计。

剂量计具体要求如下:

品牌型号: PTW/UNIDOS Romeo;

电流测试量程: $400\text{fA}-2.6\ \mu\text{A}$;


电流分辨率: 1fA ;

重复性: $<\pm 0.25\%$;

长时间温度性: $\leq\pm 0.1\%$;

响应时间: $<1.5\text{s}$;

偏置电压: $\pm 400\text{V}$ 。

编制:  2015.2.16

校核:  2015.2.26